

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 10/11/2022 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT
Fax : 0 414 318 ----
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Hava Perdesi	1	Adet		
2	Narkotik İlaç Dolabı	1	Adet		
3	Otoskop-Oftalmoskop Cihazı	14	Adet		
4					
5					
TOPLAM TUTAR (TL)					


Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

UBB:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

HAVA PERDESİ ŞARTNAME

Ticari Özellikler		
Takılabilir Yükseklik	300	cm
Takılabilir Genişlik	200	cm
Hava Çıkış Hızı	12	m/s
Hava Debisi	4100	m ³ /h
Motor Gücü	450	W
Güç Kaynağı	230/1/50	V/Ph/Hz
Ses Seviyesi (1m'de)	58	dB(A)
Fan Çapı	115	mm
Net Ağırlık	21	kg
Boyutlar	2000x189x215	mm


Hakan ÇAKAR
Tıbbi Sekreter
Şanlıurfa Etiler Hast.

NARKOTİK İLAÇ DOLABI ŞARTNAME

- Elektrostatik Toz Boya,
- Çift Kapaklı ve Çift Bölmeli
- Kapaklar Havaalandırma Izgaralı
- Her kapakta farklı kilit sistemi
- Duvara Monte Edilebilir
- Kırmızı-Yeşil Kapaklar
- Asma Kilide Uygu

Hakan ÇAKAR
Tıbbi Sekreter
Şanlıurfa Devlet Hast.

OTOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fiber optik aydınlatma geliştirilmiş LED teknolojisinde üretilmiş olmalıdır.
2. 2.5 Volt, LED ampul ile aydınlatma sağlamalıdır.
3. Otoskop portatif taşınabilir olmalı ve kullanım kolaylığı açısından ışık sistemi tek elle açılıp kapanmalıdır.
4. Açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki klipsin yukarı - aşağı hareketiyle sağlanmalıdır.
5. Otoskop başlık üzerinde 360o dönebilen mercek bulunmalıdır.
6. Otoskop lambası kolayla sökülüp takılabilmelidir.
7. Cihaz üzerinde marka ve CE işareti olmalıdır.
8. Cihaz 2 ad. AA pil ile çalışmalıdır. Piller, alt kapak kısmının çevrilip açılmasıyla değiştirilebilir olmalıdır.
9. Spekulumlar başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilir olmalıdır.
10. Otoskop başlığı vida gibi sıkıştırılarak sapa sabitlenebilir olmalıdır.
11. Otoskop set, plastik koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.
12. Otoskop set kutu içerisinde; 2 adet AA pil, 10 adet spekulum olmalıdır.
13. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
14. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
15. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.