

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/a yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 19/12/2022 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT
Fax : 0 414 318 ----
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	Marka-Model	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1		50 Lt Çelik Oksijen Tüpü	8	Adet		
2		40 Lt Azot Protoksit (Narkoz) Tüpü	2	Adet		
3		10 Lt Çelik Oksijen Tüpü	50	Adet		
TOPLAM TUTAR (TL)						

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

Not: Alımlar ACİL olduğundan dolayı doğrudan temin süreci sonuçlandıktan sonra 1 hafta içinde ürünlerin teslim edilmesi gerekmektedir. Teklif edilen ürünlerin MARKA-MODEL belirtilmesi gerekmektedir.

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

50 LT ÇELİK OKSİJEN TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tüpler taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2010/35/EC Tip belgeli JI (PI) işaretli olarak imal edilmiş olacaktır.
- 2) Bu teknik şartname kapsamındaki tüpler TS EN ISO 9809 AB Standartlarına göre imal edilmiş olacaktır.
- 3) Tüpler TS EN ISO 13769 standardına uygun olarak damgalanmış olmalıdır.
- 4) Tüp hacmi 50 litre ve **DOLU** olmalıdır.
- 5) Tüplerin çalışma ve test basınçları 230/345 bar olmalıdır.
- 6) Tüpler yekpare ve kaynaklı, çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 7) Tüpler standardına uygun, RAL 5002 koduna uygun renkte boyanmış olmalıdır.
- 8) Tüpler vanalı ve tüplere bağlanmış vanalar ise TS 10297'e uygun olacaktır.
- 9) Tüpler konkav tabanlı üretilmiş kendinden ayaklı olacaktır.
- 10) Tüplerin tamamı kullanılmamış ve yeni olacaktır.
- 11) Tüp üzerinde imalatçı firma, imalat tarihi, tüp gaz cinsi, ağırlığı, tüp su hacmi ve işletme basıncı, tüp seri numarası, numaratör ile çeliğin üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 12) Tüplere ilişkin olarak, ihaleyi alan firma tüpler ile ilgili deney ve sonuçlara ait teknik dosyayı teslimatta idareye sunacaktır.
- 13) Tüplerin üzerinde Solunabilir etiketi olmalıdır.
- 14) Tüplerin tamamı kullanılmamış yeni ve **TÜP TAŞIMA ARABASI** ile birlikte olacaktır.

40 LT ÇELİK AZOT PROTOKSİT (NARKOZ) TUPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tüpler taşınabilir Basıncılı Kaplar Yönetmeliği 2010/35/EC Tip belgeli J1 (PI) işaretli olarak imal edilmiş olacaktır.
- 2) Bu teknik şartname kapsamındaki tüpler TS EN ISO 9809 AB Standartlarına göre imal edilmiş olacaktır.
- 3) Tüpler TS EN ISO 13769 standardına uygun olarak damgalanmış olmalıdır.
- 4) Tüp hacmi 40 litre ve **25 Kg Narkoz Gazı ile DOLU** olmalıdır.
- 5) Tüplerin çalışma ve test basınçları 150/250 bar olmalıdır.
- 6) Tüpler yekpare ve kaynaklı, çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 7) Tüpler standardına uygun, RAL 7000 koduna uygun renkte boyanmış olmalıdır.
- 8) Tüpler vanalı ve tüplere bağlanmış vanalar ise TS 10297'e uygun olacaktır.
- 9) Tüpler konkav tabanlı üretilmiş kendinden ayaklı olacaktır.
- 10) Tüplerin tamamı kullanılmamış ve yeni olacaktır.
- 11) Tüp üzerinde imalatçı firma, imalat tarihi, tüp gaz cinsi, ağırlığı, tüp su hacmi ve işletme basıncı, tüp seri numarası, numarator ile çeliğin üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 12) Tüplere ilişkin olarak, ihaleyi alan firma tüpler ile ilgili deney ve sonuçlara ait teknik dosyayı teslimatta idareye sunacaktır.

10 LT ÇELİK OKSİJEN TUPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tüpler taşınabilir Basıncı Kaplar Yönetmeliği 2010/35/EC Tip belgeli J1 (P1) işaretli olarak imal edilmiş olacaktır.
- 2) Bu teknik şartname kapsamındaki tüpler TS EN ISO 9809 AB Standartlarına göre imal edilmiş olacaktır.
- 3) Tüpler TS EN ISO 13769 standardına uygun olarak damgalanmış olmalıdır.
- 4) Tüpler hacmi 10 litre ve **DOLU** olmalıdır.
- 5) Tüplerin çalışma ve test basınçları 150/250 bar olmalıdır.
- 6) Tüpler yekpare ve kaynaklı, çelik malzemedен imal edilmiş olmalıdır.
- 7) Tüpler standardına uygun, RAL 5002 koduna uygun renkte boyanmış olmalıdır.
- 8) Tüpler vanalı ve tüplere bağlanmış vanalar ise TS 10297'e uygun olacaktır.
- 9) Tüpler konkav tabanlı üretilmiş kendinden ayaklı olacaktır.
- 10) Tüplerin tamamı kullanılmamış yeni ve **TÜP TAŞIMA ARABASI** ile birlikte olacaktır.
- 11) Tüp üzerinde imalatçı firma, imalat tarihi, tüp gaz cinsi, ağırlığı, tüp su hacmi ve işletme basıncı, tüp seri numarası, numarator ile çeliğin üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 12) Tüplere ilişkin olarak, ihaleyi alan firma tüpler ile ilgili deney ve sonuçlara ait teknik dosyayı teslimatta idareye sunacaktır.