

**T. C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü**

**Sayı:** 19772266/  
**Konu:** Teklif Mektubu

**TEKLİF MEKTUBU**

Müdürlüğümüze bağlı kurumların ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Toplam Fiyatın** 02/12/2022 tarih 16:00 saatine kadar Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

**Halil BEYAZKENDİR**  
**Destek Hizmetleri Başkanı**

**Telefon :** 0 414 318 25 73  
**Fax :** 0 414 318 84 05  
**Mail :** ihalevesatinalma63@gmail.com

**BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**

**Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:**

**Teklif Tarihi:**

**Ürün Markası:**

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	PH METRE CİHAZI	1	adet		
<b>TOPLAM TUTAR (TL)</b>					

**Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:**

**Teklif Veren Firma**  
**KAŞE-İMZA**

## PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihaz dijital göstergeli ve masa üstü tipi olmalıdır.

2-cihaz ekranında okuma modu standart seçimi ve okuma değerleri görünmelidir.

3-cihaz ph,milivolt,sıcaklık ölçümü yapabilmelidir

4-220v/50 hz ile çalışabilmelidir.

5-cihaz enaz 3 noktadan kalibrasyon yapabilmelidir.

6-ekranda kalibrasyon durumu göstermelidir.

7-cihaz ölçüm aralığında otomatik sıcaklık düzeltmesi yapabilmelidir.

8-

cihazın ölçüm aralıkları;	cihazın hassasiyeti;
Ph 0-14 ph	$\pm 0,02$ ph
Milivolt -1500-+1500 mv	$\pm 1$ mv
Sıcaklık 0-99 C°	0,5C°

9-Cihazın CE belgesi olmalıdır.

10.cihaz ile birlikte kullanım klavuzu verilmelidir

11. cihazın ekranı arka aydınlatmalı olmalıdır.

12.cihaz ile birlikte ph elektrodu ve elektrod koruma sıvısı (100 MI) verilmelidir.

13.cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı ücretsiz olarak en az 2 yıl garantili olmalıdır.