

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/  
Konu: Teklif Mektubu

**PİYASA ARAŞTIRMAVE TEKLİF MEKTUBU**

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR  
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 2454  
Fax : 0 414 318 ----  
Mail : ihalesatinalma63@gmail.com

**BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:	Teklif Tarihi:
Ürün Markası:	

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	PRİMEDIC (XD 300) UYUMLU EKG KABLOSU	5	ADET		
2	PRİMEDIC (XD 300) UYUMLU SPO2 ARA KABLOSU	5	ADET		
3	PRİMEDIC UYUMLU SPO2 PARMAC PROBU (YETİŞKİN)	10	ADET		
4	PRİMEDIC (EVO) UYUMLU SPO2 ARA KABLOSU	10	ADET		
5	PRİMEDIC (EVO) UYUMLU EKG KABLOSU	10	ADET		
6	MİNDRAY UYUMLU EKG KABLOSU	5	ADET		
7	MİNDRAY UYUMLU SPO2 PARMAC PROBU (YETİŞKİN)	10	ADET		
8	SCHİLLER VE CORPUS3 UYUMLU SPO2 PARMAC PROBU YETİŞKİN	10	ADET		
9	CORPUS3 UYUMLU SPO2 ARA KABLOSU (KALIN GİRİŞLİ)	5	ADET		
10	CORPUS3 UYUMLU SPO2 ARA KABLOSU (İNCE GİRİŞLİ)	5	ADET		
11	CORPUS3 UYUMLU EKG KABLOSU	2	ADET		
12	PRİMEDIC (EVO) UYUMLU BATARYA	2	ADET		
13	PRİMEDIC (ECO) UYUMLU ŞARJ ADAPTÖRÜ	3	ADET		
14	SCHİLLER UYUMLU ŞARJ ADAPTÖRÜ	3	ADET		
15	ASPIRATÖR ŞARJ KABLOSU (3 GİRİŞLİ)	10	ADET		
16	ASPIRATÖR BATARYASI	10	ADET		
17	PORTATİF ASPIRATÖR FİLTRESİ	50	ADET		
18	SCHİLLER DEFİBİLİTÖR PLATFORMU	2	ADET		
19	YETİŞKİN ÖRÜMCEK KEMER SİSTEMİ	20	ADET		
20	MİNDRAY UYUMLU EKG KAĞIDI (80x20)	1.000	ADET		
<b>TOPLAM TUTAR (TL)</b>					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

Teklif Veren Firma  
KAŞE-İMZA

## Yetişkin Örümcek Kemer Sistemi Şartnamesi

- Örümcek Bağlama tipi emniyet kemeri omurga tahtaları için geliştirilmiş bir sistemdir.
- Yaralıyı göğüs, batin, kalça ve üst ve alt bacak hizasında kavrayarak sabitlemelidir.
- Örümcek kemer kolları değişik renklerden oluşmaktadır.
- Örümcek kemerin gövde uzunluğu  $125,5 \pm 2$  cm olmalıdır. Örümcek kemer kuşaklarının uzunluğu (kuşaklar açık halde) ise sırasıyla;
  1. kuşak:  $87,5 \pm 2$  cm
  2. kuşak:  $122 \pm 2$  cm
  3. kuşak:  $120 \pm 2$  cm
  4. kuşak:  $160 \pm 2$  cm
  5. kuşak:  $159 \pm 2$  cm
  6. kuşak:  $73 \pm 2$  cm olmalıdır.

Sedat N. SABUNCU  
ECA 3/4

Mehmet Zeki  
Att

Eğilim DAL  
J-2/1

**EKG KAĞIDI**

Mindray Beneheart D6 defibrilatör cihazları için uygun olmalıdır

1. sınıf termal kağıttan üretilmiştir olmalıdır

80 mm eninde 20 mt uzunluğunda olmalıdır

Seda Nn SABUNCU  
İzmir

Melvet Zile  
At

Tyba DAL  
İzmir